

## ZERTIFIKAT Auszug

Nummer: 0001-01-2020  
 Lieferant: ROVITEX HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
 7631 Pécs, Reménypuszta 8.  
 Produktname: **Hygienemaske, wiederverwendbar, waschbar, autoklavierbar, Größe S-M-L, fertigenäht, grün, blau, blumig auf weißem Hintergrund.**  
 Produktart: **ROVIMED MUNDMASKE 1 "MEDICARE"**  
 Herkunftsort: ROVITEX HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
 7631 Pécs, Reménypuszta 8.  
 Typprüfung: Einmal: 12. März 2020  
 Prozesskontrollen: Alle Stücke

**Gemäß den Abschnitten 5.1-5.11 der Norm MSZ 4209: 2011 und Abschnitt A.2 von Anhang A der Norm entspricht das oben beschriebene Produkt den folgenden Anforderungen:**

Ein Dokument haben	Testdokument	Ausgabenummer/ Datum
MSZ 4209: 2011 Medizinische Maske 5.2. Größe prüfen	Testbericht Größe prüfen	0001-01-2020/5.2 03/12/2020.
MSZ 4209: 2011 Medizinische Maske 5.3. Überprüfen Sie die Formatierung	Testbericht Überprüfen Sie die Formatierung	0001-01-2020/5.3 03/12/2020.
MSZ 4209: 2011 Medizinische Maske 5.4. Untersuchung der Filtrationseffizienz	Testbericht Filtereffizienz	0001-01-2020/5.4 03/12/2020.
MSZ 4209: 2011 Medizinische Maske 5.5. Bestimmung des Atemwiderstandes	Testbericht Bestimmung des Atemwiderstandes	0001-01-2020/5.5 03/12/2020.
MSZ 4209: 2011 Medizinische Maske 5.6. Sterilisierbarkeitstest	Testbericht Sterilisation	0001-01-2020/5.6 03/12/2020.
MSZ 4209: 2011 Medizinische Maske 5.7. Prüfung der Waschbarkeit	Testbericht Waschbarkeit	0001-01-2020/5.7 03/12/2020.
MSZ 4209: 2011 Medizinische Maske 5.8. Untersuchung der Bakterienresistenz	Testbericht Bakterienbeständigkeit	0001-01-2020/5.8 03/12/2020.
MSZ 4209: 2011 Medizinische Maske 5.9. Untersuchung der grundlegenden bakteriellen Kontamination	Testbericht Grundlegende bakterielle Kontamination	0001-01-2020/5.9 03/12/2020.
MSZ 4209: 2011 Medizinische Maske 5.10. Untersuchung der allgemeinen physikalischen Kontamination	Testbericht Allgemeine physikalische Kontamination	0001-01-2020/5.10 03/12/2020.
MSZ 4209: 2011 Medizinische Maske 5.11. Exportprüfung	Testbericht Export	0001-01-2020/5.11 03/12/2020.

Das Produkt **entspricht** den Abschnitten 5.1-5.11 der Norm MSZ 4209: 2011 und Abschnitt A.2 von Anhang A der Norm in Übereinstimmung mit den Vorschriften.

**Anwendungsbereich:** Medizinische Maske. Persönliche Schutzausrüstung als Luftfilter, die in dem in der Norm MSZ 4209: 2011 vorgeschriebenen Umfang das Eindringen von Mikroorganismen in die Umwelt beim Ausatmen und Einatmen aus der Umwelt verhindert und das Risiko einer Tröpfcheninfektion verringert.

**Handhabung, Lagerung:** Handhabung, Lagerung und Verwendung des Produkts gemäß den einschlägigen Gebrauchsanweisungen

**Gültigkeit der Konformitätserklärung:** Vom 16. März 2020 bis 15. März 2021

Pécs, 16. März 2020

Unsere Firma entspricht der ISO 9001 Norm.

Dies ist ein Auszug aus der ursprünglichen Erklärung, die auf Ungarisch verfügbar ist.